



## Baumusterprüfbescheinigung

*Type-examination Certificate*

**Ausgestellt für:** NTi Audio AG  
*Issued to:* Im alten Riet 102  
9494 Schaan LIECHTENSTEIN

**gemäß:** Anlage 4 Modul B der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014  
*In accordance with:* (BGBl. I S. 2010)  
Annex 4 Modul B of the Measures and Verification Ordinance dated 11.12.2014  
(Federal Law Gazette I, p. 2010)

**Geräteart:** Schallpegelmesser  
*Type of instrument:* Sound level meter

**Typbezeichnung:** NTi Audio XL2-TA  
*Type designation:*

**Nr. der Bescheinigung:** DE-16-M-PTB-0003, Revision 2  
*Certificate No.:*

**Gültig bis:** 05.04.2026  
*Valid until:*

**Anzahl der Seiten:** 12  
*Number of pages:*

**Geschäftszeichen:** PTB-1.63-4093096  
*Reference No.:*

**Nr. der Stelle:** 0102  
*Body No.:*

**Zertifizierung:** Braunschweig, 03.09.2019  
*Certification:*

**Im Auftrag** **Siegel**  
*On behalf of PTB* *Seal*

**Bewertung:**  
*Evaluation:*

**Im Auftrag**  
*On behalf of PTB*

  
Dr. Christoph Kling



  
Andreas Schmidt

Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

*Type-examination Certificates without signature and seal are not valid. This Type-examination Certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.*

## Zertifikatsgeschichte

### History of the Certificate

| Zertifikats-Ausgabe<br><i>Issue of the Certificate</i> | Gesch.-Z.<br><i>Reference No.</i> | Datum<br><i>Date</i> | Änderungen<br><i>Modifications</i>  |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|
| DE-16-M-PTB-0003                                       | PTB-1.63-4079415                  | 06.04.2016           | Erstbescheinigung<br><i>Initial certificate</i>   |
| DE-16-M-PTB-0003,<br>Revision 1                        | PTB-1.63-4079421                  | 12.08.2016           | Revision 1<br>Zusätzliches Mikrofon<br><i>Additional microphone</i><br>Messung mit aufgesetzten Mikrofonen und Reflexionsschutz<br><i>Measurement with directly mounted microphones and reflection shield (Shroud)</i><br>Normen DIN EN 61672-1:2014-07 und DIN EN 61260-1:2014-10<br><i>Standards DIN EN 61672-1:2014-07 and DIN EN 61260-1:2014-10</i>                            |
| DE-16-M-PTB-0003,<br>Revision 2                        | PTB-1.63-4093096                  | 03.09.2019           | Revision 2<br>Zusätzlicher Wetterschutz WP30<br>(mit und ohne Trockenadapter MTG TA202 / Gehäuseverlängerung WP30-X, Windschild WS30, 90 mm)<br><i>Additional weather protection WP30 (with and without dry adaptor MTG TA202 / body extension WP30-X, windshield WS30, 90 mm)</i><br>Zusätzlicher Windschild 90 mm<br><i>Additional windshield 90 mm</i><br>Software-Version V4.21 |

Diese Revision 2 ersetzt die Revision 1 der Bescheinigung Nr. DE-16-M-PTB-0003 vom 12.08.2016, Geschäftszeichen PTB-1.63-4079421.

*This Revision 2 replaces Revision 1 to Certificate No. DE-16-M-PTB-0003 dated 12.08.2016, Reference No. PTB-1.63-4079421.*

## Vorbemerkungen

### Preliminary remarks

Für die in dieser Bescheinigung genannten Geräte gelten die folgenden wesentlichen Anforderungen gemäß

*For the instruments mentioned in this Certificate, the following essential requirements apply in accordance with*

§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.04.2016 (BGBl. I S. 718)

in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBl. I S. 2010), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 30.04.2019 (BGBl. I S. 579).

*Section 6 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazette – BGBl. I p. 2722), last amended by article 1 of the Act of 11.04.2016 (BGBl. I p. 718), in connection with Section 7 of the Measures and Verification Ordinance of 11.12.2014 (Federal Law Gazette – BGBl. I, p. 2010), last amended by article 3 of the Ordinance of 30.04.2019 (BGBl. I p. 579).*

Für die Geräte werden zusätzlich folgende technische Spezifikationen angewendet:

*For the instruments, the following technical specifications will be applied additionally:*

- DIN EN 61672-1:2003-10, DIN EN 61672-1:2014-07: Elektroakustik – Schallpegelmesser – Teil 1: Anforderungen
- DIN 45657:2014-07: Schallpegelmesser - Zusatzanforderungen für besondere Messaufgaben
- DIN EN 61260:2003-03, DIN EN 61260-1:2014-10: Bandfilter für Oktaven und Bruchteile von Oktaven
- Welmec 7.2 „Softwareleitfaden“ (5/2011)

Ergebnis der Prüfung:

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgeräts entspricht den o. g. wesentlichen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Übereinstimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Geräte mit der Nummer dieser Bescheinigung zu versehen.

*Conclusions of the examination: The measuring instrument's technical design which is described below complies with the above-mentioned essential requirements. With this Certificate, permission is given to attach the number of this Certificate to the instruments that have been manufactured in compliance with this Certificate.*

## Die Geräte müssen folgenden Festlegungen entsprechen:

The instruments must meet the following provisions:

### 1 Bauartbeschreibung

*Design of the instrument*

Schallpegelmesser (Klasse 1) der Bauart **NTi Audio XL2-TA**

***bestehend aus:***

Hauptgerät:

Schallpegelmesser NTi Audio XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator

Hardware-Version: D2 oder E0

Firmware-Version: V3.11 oder V4.21

Integrale Komponenten:

◦ Abgesetztes Mikrofon:

- M2230

bestehend aus:

- Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A
- Mikrofonvorverstärker MA220
- Mikrofonkabel ASD, 5 Meter, 10 Meter oder 20 Meter

oder

◦ Aufgesetztes Mikrofon:

- M2230

bestehend aus:

- Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A

- Mikrofonvorverstärker MA220
- Reflexionsschutz MXA01

Optionale Komponenten:

Mikrofonwindschirm NTi Audio, schwarz, kugelförmig, Durchmesser 50 mm  
Mikrofonwindschirm NTi Audio, schwarz, kugelförmig, Durchmesser 90 mm  
Netzteil NTi Audio Exel Line  
Mikrofonklemme MH01  
Erweitertes Akustikpaket, als "Extend. Acoustic" im XL2-TA bezeichnet  
Eingabe-Pad (Beschwerdeführer-Taste)

als Option für abgesetztes Mikrofon:

- Wetterschutz WP30
  - bestehend aus:
    - Windschirm WS30, Durchmesser 90 mm
    - Vogelschutz-Spitze BS01
    - mit oder ohne Trockenadapter MTG TA202 und Gehäuseverlängerung WP30-X
    - nur in Verbindung mit Software Version 4.21

Teilgerät:

Schallkalibrator der Bauart Larson Davis CAL200, B&K 4231 oder Norsonic Nor-1251  
(Akustischer Abgleich/Justierung)

Zusatzeinrichtungen:

Ersatzkapazität NTi-K65-15

## 1.1 Aufbau

### *Construction*

Die Bauart besteht aus dem Hauptgerät NTi Audio XL2-TA und weiteren Komponenten, die integraler Bestandteil des Schallpegelmessgerätes sind. Dazu zählen insbesondere das Mikrofonkabel ASD (5 Meter, 10 Meter oder 20 Meter) und das abgesetzte Mikrofon M2230, bestehend aus dem Vorverstärker MA220 und der Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A. Alternativ können die Mikrofone auch zusammen mit dem Reflexionsschutz MXA01 direkt auf das Hauptgerät gesetzt werden. Optional kann das NTi Audio Netzteil Exel Line, der Mikrofonwindschirm NTi Audio (50 mm), der Mikrofonwindschirm NTi Audio (90 mm), das Eingabepad (Beschwerdeführer-Taste) und die Mikrofonklemme MH01 verwendet werden. Ebenfalls optional kann der Wetterschutz WP30 mit oder ohne Trockenadapter MTG TA202 und Gehäuseverlängerung WP30-X, mit dem Windschirm WS30, Durchmesser 90 mm, mit der Vogelschutz-Spitze BS01, sowie ausschließlich in Verbindung mit der Software-Version 4.21 verwendet werden.

Die Bauart erfüllt die Anforderungen der Genauigkeitsklasse 1.

Ein Schallkalibrator der Bauart CAL200, B&K 4231 oder Nor-1251 ist als Teilgerät dem Hauptgerät zugeordnet.

## 1.2 Messwertaufnehmer

*Sensor*

Als Messwertaufnehmer fungiert die Kombination aus einer Mikrofonkapsel und einem Mikrofonvorverstärker.

## 1.3 Messwertverarbeitung

*Measurement value processing*

- Hardware

Die Messwertverarbeitung wird im Hauptgerät durchgeführt. Bestandteil der Baumusterprüfung ist die Hardware der Versionen D2 oder E0.

- Software

Für die Bauart ist die Schallpegelmesser-Firmware V3.11 oder V4.21 Bestandteil der Baumusterprüfung.

## 1.4 Messwertanzeige

*Indication of the measurement results*

Die Anzeige des Messergebnisses erfolgt als Sichtanzeige auf dem Display des Hauptgerätes.

## 1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen

*Optional equipment and functions*

Optionale Einrichtungen sind in der Bauartbeschreibung in Abschnitt 1 gekennzeichnet. Nähere Informationen sind in den technischen Unterlagen, wie unter Abschnitt 1.6 aufgeführt, beschrieben.

## 1.6 Technische Unterlagen

*Technical documents*

Die zu diesem Zertifikat gehörenden technischen Unterlagen sind im zugehörigen Zertifizierungsdokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungsdokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.

*The technical documents relating to this Certificate are deposited at PTB in the respective Set of Certification Documents. The Table of Contents of the Set of Certification Documents was sent to the owner of the Certificate.*

Für die Verwendung und Prüfung wesentliche Angaben sind in der Bedienungsanleitung festgehalten. Die Bedienungsanleitung umfasst folgende Dokumente:

- Anleitung XL2-TA vom 18.01.2016 Version 3.11.00 (nur für DIN EN 61672-1:2003-10) oder aktualisierte Version:
- Anleitung XL2-TA vom 04.08.2016 Version 3.11.02
- Anleitung XL2-TA vom 23.07.2019 Version 4.21.02
- Anleitung Messmikrofone Version Nov 2018